

Bando 12/2022. Richiesta preventivi per l'affidamento diretto della fornitura di prodotti consumabili da laboratorio 2022, ai sensi dell'art.1, co. 2, lett. a), della Legge 120/2020 mediante Richiesta di Offerta sul MePA con il criterio del minor prezzo. CIG: Z1438BFD1E
DATA DI SCADENZA: 14/12/2022

Chiarimenti a quesiti operatori economici

- 01.** Con la presente siamo a comunicare che la voce 4 "Beute in vetro pyrex da 750ml" non risulta essere presente nel mercato.

Vi chiediamo di confermare che possono essere proposte beute da 1000ml graduate a 800ml.

RISPOSTA: Relativamente all'articolo n. 04, beute in vetro pyrex da 750 ml, si comunica che possono essere fornite in sostituzione beute in vetro pyrex da 800ml o 1000ml.

- 02.** Buonasera, si chiede conferma della capacità delle beute ci confermate i 750 ml? per quanto riguarda la carta da filtro chiediamo per cortesia il diametro.

RISPOSTA: Relativamente all'articolo n. 10, Carta da filtro a pieghe in confezione da 100 pz, si comunica che il diametro dovrà essere di cm. 15 con tolleranza +/- 1